

中国检验检疫科学研究院测试评价中心

测量审核报告

编号：ACAS-17-MA-10950

烟台杰科检测服务有限公司：

贵实验室于2017年12月15日参加了中国检验检疫科学研究院测试评价中心组织的测量审核，于2018年01月09日反馈结果。针对贵实验室的参加项目相关统计量和评价见下表：

样品名称	测试项目	贵实验室 检测结果 (mg/kg)	贵实验室 检测方法	指定值 (mg/kg)	能力评定 标准差 (mg/kg)	z 值
牛奶	三聚氰胺	5.25	SN/T 3032-2011	5.345	0.655	-0.1

备注： $|z| \leq 2.0$ 为满意结果； $2.0 < |z| < 3.0$ 为可疑结果； $|z| \geq 3.0$ 为不满意结果。

※更多信息请登录中国检科院测试评价中心网站 www.acas.com.cn 查看。

拟稿人：卜丹丹

审核人：

签发人：

签发日期：2018年01月10日