



能力验证
CNAS PT0035

大连中食国实检测技术有限公司

地址：大连市沙河口区西南路730号天河创业中心

电话：(0411) 66886157

传真：(0411) 66886157

邮编：116012

测量审核报告

报告编号：MA0035-201604-003

烟台杰科检测服务有限公司：

贵实验室参加了由参考实验室大连中食国实检测技术有限公司组织的大豆粉样品测量审核，从2016年04月08日至10日，贵实验室使用GB 5009.5-2010方法测试了样品中的蛋白质。贵实验室、参考实验室（或能力验证确认）的测试结果及对贵实验室测试结果的评价列于下表1：

表1 测试结果及其评价

测试项目	贵实验室测试结果	公议值	稳健标准差	z 值	结果评价
蛋白质	26.3 %	26.02 %	0.44 %	0.64	满意

注：结果的评价由测试结果的 z-比分数得出，其中 z-比分数由贵实验室测试结果与公议值之差除以稳健标准偏差得到。一般地，z-比分数的绝对值大于3时所对应的测试结果为不满意结果，实验室应调查原因，采取进一步的纠正措施并重新进行测量审核。

签发人：

张翠芬

日期：2016年4月12日

大连中食国实检测技术有限公司

测量审核专用章



说明：1. 本通知单未经授权签发人签名和加盖能力验证/测量审核专用公章无效。

2. 本通知单涂改、增删无效。