



中国认可
国际互认
能力验证
PROFICIENCY TESTING
CNAS PT0026

中国检验检疫科学研究院测试评价中心

编号：ACAS-PT1015-011-0803

能力验证计划结果通知单

计划编号及名称：ACAS-PT1015 饮料中安赛蜜、阿斯巴甜的测定能力验证

实验室名称：烟台杰科检测服务有限公司

实验室代码：ACAS-PT1015-011

检测结果及评价

检测项目	样品		贵实验室结果 (mg/kg)	贵实验室检测方法	指定值 (mg/kg)	z 值
	编号	组别				
安赛蜜	20-L223	II	46.5	GB/T 5009.140-2003	45.58	0.7
	20-Q562	IV	71.2		70.05	0.8
阿斯巴甜	20-L223	II	102.8	GB 5009.263-2016	99.17	0.9
	20-Q562	IV	38.4		37.36	0.6

注：|z| ≤ 2.0 为满意结果，2.0 < |z| < 3.0 为可疑结果，|z| ≥ 3.0 为不满意（离群）结果。

※更多信息请登录中国检科院测试评价中心能力验证平台 www.acas.com.cn 查看。

拟稿人：卜丹丹

审核人：

黎辉昕

签发人：

李伟

签发日期：2020年08月03日